

СОГЛАСОВАНО:

Директор по капитальным вложениям

_____/А.А.Франчук/

Юрисконсульт

_____/В.Н.Бухаров/

УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»_____/Е.Д.Малахов/
_____/2015г.

В целях разъяснения положений документации вносятся следующие изменения в информацию о закупке: шкафа стерильного ламинарного с подставкой СЛШ-1,8 ЗП:

Изменить В Приложении №2 п.1 к Договору	Дополнительная комплектация шкафа: - комплект из 2-х электрических розеток 220В в рабочей зоне; - комплект для установки газового крана, для подачи в рабочую камеру сжатого осушенного воздуха; - полка внутри рабочей зоны шкафа на высоте над столешницей (350-380 мм.). Полка и столешница из не токопроводящего износостойкого материала, типа монолитного поликарбоната.
--	---

Остальные пункты информации о закупке остаются без изменений.